

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków

SPZOZ.ZP.38.22/.../20/...

Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„DOSTAWĘ RĘKAWIC NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE”.**

1. Pytanie Pakiet A, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne pudrowane, jałowe, lateksowe mikroteksturowane, rolowany mankiet, kształt anatomiczny, minimalna dł. ręk. 280 mm, grubość palca 0,16mm+/-0,02, dłoni 0,14mm+/-0,02, mankieta 0,12+/-0,02. Siła zrywu przed starzeniem min. 9N. Poziom protein 89µg/g, wydłużenie przed starzeniem min. 750%, po starzeniu 560%, klasa IIA, kat. III środków ochrony indywidualnej, przebadane zgodnie z ASTM F1671, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, zgodnie z normą EN455, posiadające deklarację CE, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie: koperta zewnętrzna folia, koperta wewnętrzna papierowa. Rozmiary: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

2. Pytanie Pakiet A, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, jałowe, lateksowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane, rolowany mankiet, kształt anatomiczny, minimalna dł. ręk. 280 mm, grubość pojedynczej ścianki w obszarze palca środkowego 0,16mm+/-0,02, dłoni 0,14mm+/-0,02, mankieta 0,10mm+/-0,02. Siła zrywu przed starzeniem min. 9N. Poziom protein 79µg/g, wydłużenie przed starzeniem min. 750%, po starzeniu 560%, zgodnie z normą EN455, posiadające deklarację CE, przebadane zgodnie z ASTM F1671, wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, sterylizowane radiacyjnie. opakowanie: koperta zewnętrzna folia, koperta wewnętrzna papierowa. Rozmiary: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

3. Pytanie Pakiet A, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 480mm+/-10, bezpudrowe?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

4. Pytanie Pakiet B, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania 6N?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

5. Pytanie Pakiet B, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania 6N, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

6. Pytanie Pakiet B, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm, posiadające teksturę na palcach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

7. Pytanie dotyczy zapisów SIWZ terminu składania ofert

W związku panująca obecnie sytuacją i wieloma trudnościami w doręczeniach przesyłek realizowanych za pośrednictwem operatorów pocztowych i kurierskich jak i z powodu tego iż wiele firm pracuje w trybie home office prosimy a takie przesunięcie terminu składania ofert, aby po zamieszczeniu przez Zamawiającego ostatnich odpowiedzi do pytań w w/w postępowaniu Wykonawcy mieli min. 4 dni robocze na dostarczenie oferty i próbek niezbędnych do przeprowadzenia oceny jakościowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 16 października 2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 16 października 2020 r. o godz. 10:30.

8. Pytanie dotyczy Pakietu A 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic:

- posiadających wydłużenie przed starzeniem na poziomie min. 1000 %
 - sterylizowanych tlenkiem etylenu w kopercie zewnętrznej papier – folia odpornej na wilgoć.
- Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

9. Pytanie dotyczy zad. A poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic ginekologicznych bezpydrowych o długości rękawicy min. 500 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

10. Pytanie dotyczy formularzy cenowych

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wystarczającym będzie wpisanie w kolumnie 10 formularza cenowego: numerów katalogowych i producenta (bez kodów EAN)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

11. Pytanie do wzoru Umowy

Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Dostawa realizowana będzie od dnia podpisania umowy na podstawie odrębnych częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w szczególności faxem bądź e-mailem na dane kontaktowe Wykonawcy wskazane w § 3 ust. 6. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

12. Pytanie do wzoru Umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki

niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody*

13. Pytanie do wzoru Umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez usunięcie z jego treści pkt 1)

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody*

14. Pytanie do wzoru Umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający zmienia § 6 ust. 4 projektu umowy w następujący sposób: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”*

15. Pytanie do wzoru Umowy

Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych, odpowiednio:

- a. Do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy roboczy dzień zwłoki w ust. 1
- b. Do wysokości 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 2 lit. a i b
- c. Do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 7

Ponad to wnosimy o wykreślenie ust. 4 niniejszego § oraz § 8 ust. 7.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody*

16. Pytanie do wzoru Umowy

Wnosimy o wykreślenie § 11 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

17. Pytanie do wzoru Umowy

Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie do niego in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

18. Pytanie dotyczy Zad A poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, pudrowanych, długość rękawicy min. 280 mm, grubość palec 0,20 mm, dłoń 0,19 mm, mankiet 0,15 mm, poziom protein 58 ug/g, wydłużenie 853%, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

19. Pytanie dotyczy Zad A poz. 2.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych, grubość na dłoni 0,19 mm, mankiet 0,16 mm, wydłużenie 846%, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

20. Pytanie dotyczy Zad A poz. 3.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych o długości 550 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

21. Pytanie dotyczy Zad B poz. 2.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych AQL 1,0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

22. Pytanie dotyczy Zad B poz. 4.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrilowych, grubość na palcu 0,09 mm, siła zrywania > 6,5N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

22. Pytanie dotyczy Zad B poz. 5.

Prosimy zamawiającego o wydzielenie rękawic z pozycji 5 do odrębnego zadania, sprawi to możliwość przedstawienie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
d/s Admin.-Eksploatacyjnych
Marek Zalewski