

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie**

ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
tel. (25) 798 2001 ... fax (25) 798 2603
NIP 825-17-11-719 R-00030647200016

Łuków, dn. 14 grudnia 2020 r.

**Podmioty zainteresowane udziałem
w zapytaniu ofertowym pn. "Materiały zużywalne
do analizatora ABL90 Flex Plus"**

W związku z pytaniem podmiotu zainteresowanego udziałem w zapytaniu ofertowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy: zał. „Projekt umowy” - § 3 pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści analizatory parametrów krytycznych, w których dwa materiały zużywalne tj. pakiet odczynnikowy i kasetta sensorowa będą mogły być dostarczane z 3-miesięcznym terminem trwałości licząc od daty dostawy. Ze względu na cykl produkcyjny producenta, na który Wykonawca nie ma wpływu, nie może dostarczać wymienionych materiałów zużywalnych z dłuższym terminem ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

**DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie**
lek. med. Mariusz Furlepa